

“手术常规器械一批采购项目”院内招标公告

根据工作需要，桂林市中医医院拟对设备科申请的“手术常规器械一批采购项目”进行院内招标，欢迎符合条件的供应商报名参与，现将本次招标的有关事项公告如下：

1、项目编号：GLSZYYY202552

2、项目名称：手术常规器械一批采购项目

3、资金来源：事业收入

4、资质条件要求：①满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；②国内注册(依法在工商行政管理部门登记注册)，具备法人资格的供应商；③具备相关项目经营范围的单位。供应商须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规。

5、资格条件特别说明：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。②对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动。

6、报名时间：2025年10月16日-10月22日（上午8：00-12：00，下午15：00-18：00 双休日和法定节假日除外），逾期不接收报名。

7、会议时间：投标人应于2025年10月23日下午15时00分至15时30分止，将投标文件密封提交至桂林市临桂路2号桂林市中医医院1号楼六楼会议室，逾期送达的投标文件将予以拒收。

8、报名方式：桂林市临桂路2号，桂林市中医医院1号楼7楼招标办公室（现场报名须提交报名资料电子版）或网上报名（邮箱：glzyyzbb2025@163.com），报名要求详见附件1。

（注：报名后如不能如期参会，请务必在会议前一天中午12点前发邮件至报名邮箱。否则视为不诚信供应商，列入医院黑名单。）

9、联系人及电话：谢老师 0773-2813444。

桂林市中医医院招标办公室

2025年10月15日

附件 1. 桂林市中医医院院内招标报名表

报名单位全称			
法定代表人			
公司详细地址:			
联系人:		联系方式:	
竞标项目（竞标商家必填）			
序号	参会项目名称	品牌型号	备注
1			
2			

报名指定邮箱：glzyyzbb2025@163.com；1. 请务必在邮箱主题栏上注明以下报名信息：项目编号+项目名称（多项目时需注明对应报价表中的序号）+公司名称；2. 报名表需发电子 word 文档，word 文档的文件名需注明：项目编号+项目名称+公司名称；3. **不注明相关报名信息、报名表为图片或 PDF 文档的均视为报名不成功。**

参会商家把填写完整报名表（**word 文档**）、相关资质证明（**PDF 文档**）【三证合一营业执照复印件（盖鲜章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（盖鲜章，授权委托时须提供）、授权委托代理人身份证复印件、委托代理人社保证明（原件备查，授权委托时须提供），并提供具有本次采购项目经营资质，企业资质等级证书，经营企业许可证、企业法人营业执照、组织机构代码证、法人及被委托人身份证复印件、社保证明复印件、企业授权委托书原件。

以上材料合成 **PDF 文档**】上传到指定邮箱，待资格审核通过后，即完成商家参会报名手续。商家完成报名手续后即准备参会文件，参会文件包含（**以下内容很重要，请仔细阅读并按顺序装订成册**）：

- ①报价表；
- ②技术参数偏离表、配置列表、服务方案、产品彩页/说明书/项目效果图等；
- ③三证合一营业执照复印件（盖鲜章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（盖鲜章，授权委托时须提供）、由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为授权委托代理人交纳的近三个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供），及供应商关于本项目需要提供的资质证明文件；注：投标人成立不足 1 个月的，无须提供社保缴费证明加盖投标人公章。
- ④提供 2022 年以来与本次投标类似项目的用户清单、三级甲等医院采购合同书复印

件，至少 2 份（如有，需加盖公章），售后服务、联系人及电话等相关资料。参会资料要求印刷清晰、密封并加盖公司公章，正本 1 份，副本 6 份，正本需装订整齐成册要有封面(装订样式见附后)。

⑤参会人员要熟悉业务，能详细介绍项目内容等相关内容。

3. 所提交给医院的投标资料，恕不退回。报名后如不能如期参会，请务必在会议前一天中午 12 点前发邮件至报名邮箱；否则视为不诚信供应商，列入医院黑名单。

备注：参会文件所提供的证照及相关证明材料必须真实有效，一经发现造假，将取消本次参会资格并追究相关法律责任。参会文件正本所有证照复印件需加盖公章。

参会资料装订样式：正本副本须装订成册，封面样式如下。

正本/副本

响 应 文 件

项目名称: _____
 项目编号: _____
 供应商名称: _____
 供应商联系人及联系方式: _____

附件 2. 项目报价表（报价表见公告附件）

供应商 （盖章）：			
联系人：联系电话：			
名称	品牌型号	报价	备注
所有内容.....			
本项目为交钥匙项目，以上报价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备提交的资料等费用）包装、运输、装卸、安装、调试技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务利润以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试、计量检测、接入医院信息系统，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。按国家有关产品三包规定执行“三包”政策，质保期内故障时间顺延保修期。投标文件满足招标文件全部实质性要求,且投标报价最低的投标人为中标候选人。			

附件 3：采购需求

单位：（元）

序号	器械名称	需求参数	数量	控制单价	小计
1	海绵钳	医用不锈钢材质：250mm×12mm，弯有齿	60	120	7200
2	帕巾钳	医用不锈钢材质：160mm，尖头	80	102	8160
3	帕巾钳	医用不锈钢材质：160mm，平头	4	170	680
4	眼用剪	医用不锈钢材质：110mm，弯	4	110	440
5	组织镊	医用不锈钢材质：140mm，1×2 钩	6	20	120
6	金属吸头（可控吸引管）	医用不锈钢材质：240mm×4，带套（工作长度 WL140）	1	815	815
7	金属吸头（可控吸引管）	医用不锈钢材质：240mm×3，带套（工作长度 WL140）	2	815	1630
8	椎板牵开器	医用不锈钢材质：180mm×50×3，单钩	1	922	922
9	神经根拉钩	医用不锈钢材质：230mm×5×135°	2	400	800
10	定位针	医用不锈钢材质：180	1	1115	1115
11	针盒	医用不锈钢材质：160	8	40	320
12	骨锤	医用不锈钢材质：230mm/270g	1	194	194
13	骨凿	医用不锈钢材质：180mm×4，直，单斜刃，滚花柄	2	367	734
14	平骨撬（霍夫曼拉钩）	医用不锈钢材质：240mm×42	2	338	676
15	点状复位钳	医用不锈钢材质：210mm	1	620	620
16	点状复位钳	医用不锈钢材质：260mm	1	679	679
17	后颅凹咬骨钳	医用不锈钢材质：205mm×5.5	1	1425	1425

18	不锈钢换药碗	医用不锈钢材质：140mm	90	30	2700
19	不锈钢洗涤盆	医用不锈钢材质：220mmx95	30	51	1530
20	不锈钢服药杯	医用不锈钢材质：50 内径	60	16	960
21	不锈钢刻度量杯	医用不锈钢材质：75 内径	60	76	4560
22	不锈钢腰子盘	医用不锈钢材质：205x130x25 浅型	30	19	570
23	脚踏	大 1 个：尺寸：长 40CM、宽 27.5CM、高 15.5CM 允许±5CM 中 1 个：尺寸：长 40CM、宽 27.5CM、高 10.5CM 允许±5CM 小 1 个：尺寸：长 40CM、宽 27.5CM、高 8.5CM 允许±5CM 材料 304 不锈钢，面板采用 3.0 厚花纹板，脚架用 30*30*1.2 方管。	8 套 (大中小各 1)	900	7200
24	器械套车	大 1 个：尺寸：长 92.5CM、宽 58.5CM、高 90.5CM，允许±5CM 小 1 个：尺寸：长 82.5CM、宽 50.5CM、高 85.5CM，允许±5CM 304 材料，层板采用 1.2 实厚，四周围管，立柱采用 25*1.5 圆管，脚轮采用 4 寸静音脚轮。	8 套 (大小各 1)	3200	25600
25	输液架 (五角)	1、304#不锈钢材质、可伸缩调节高度； 2、不锈钢针杆可通过旋钮上下升降调整高度，底座带轮可移动使用。	20	460	9200
26	俯卧位 (头垫)	1、产品由底膜，面膜以及内部高分子凝胶类填充物组成。 2、与人体组织具有良好的生物相容性，对皮肤不会形成刺激，不致敏。 3、采用无毒无害材质。 4、产品可透过 X 射线。 5、产品防水性能好，防水等级大于等于 IPX8 级。 6、有良好的耐候性，热老化温度可达 93 度。 7、具有良好的承重和力学传导能力，能够有效的起到支撑和体位固定的作用，垫子单位平方厘米承重不低于 270N。 8、通过 ISO13485 国际质量管理体系认证。 9、采用模具一次性成型，规格控制精准，与人体贴合度高，保护性能高。 10、凝胶是凝固胶体，不导电，无流动性，修补容易，因意外被刺伤或划破，透明胶一贴即可，不影响使用。 11、既能均匀分配病患体重，又不会将其压实到极限状态； 12、不蓄热，可防止褥疮的产生； 13、清洁、消毒、维护保养简单方便可用清水或清洁剂直接进行清洗，在干燥通风处自然风干即可。 14、规格：23*20*11±2cm。	1	3110	3110
27	负极板回路垫	1.使用期限≥2 年，在使用说明书和产品标签中有标注。 2.采用双层高分子保护膜，即使第一层保护膜破损移除后，第二层完好的保护膜仍可正常使用。 3.由黄色高分子凝胶填充保护,最大厚度≥13mm，具有聚酯衬垫特	8	1560 0	124800

		性：产品防水性能好，防水等级为 IPX8 级。有良好的耐候性，热老化温度可达 93 度。有良好的组织相融性，对皮肤不会形成刺激，不致敏。。 4. 对患者没有最低体重限制。 5 产品通过 ISO 质量体系认证。 6. 成人儿童均可使用。 7. 可有效降低灼伤危险，省时、省力，减轻了护理强度，使用范围广泛，适应烧伤患者、带金属植入物患者，适应瘢痕、纹身、多毛发、体质消瘦及对粘贴式负极板过敏等不同肤质。 8. 可弯曲使用，以适用于多种手术体位。 9. 导线可满足高频绝缘电刀主机的接口标准，长度$\geq 4\text{m}$，可适配各种高频绝缘电刀主机。 10. 有效接触面积不小于 100 平方厘米。 11. 电容阻抗$\leq 150\Omega$，在环境温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$、频率 460KHz 条件下，电容值小于 4nF。 12. 规格：1200*500*3.5$\pm$2cm			
28	人工呼吸急救苏醒球套组	规格：成人型$\geq 40\text{kg}$ 潮气量$\geq 900\text{ml}$ 按压体积 700ml 限压阀压力 $50 \pm 10\text{cmH}_2\text{O}$ 吸气阻力$< 5\text{cmH}_2\text{O}$(在 50L/min) 呼气阻抗$< 5\text{cmH}_2\text{O}$(在 50L/min) 病人阀接头口径：标准图锥接头 内径 15mm 外径 22mm 净重(g)：600g 球票容积：1650ml 储气袋容积：2000ml 通气频率：1-50 次/分钟 储存条件：温度为$-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$湿度为 40%-95% 操作环境：温度为$-18^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$	8	330	2640
29	不锈钢实验凳	外形尺寸：凳面直径 300mm, 调节高度 490-660mm, 凳面向右旋转时, 凳面升高, 向左旋转凳面下降; 手术圆凳采用不锈钢冲压、焊接而成。 凳面用料厚 $\delta 1.2\text{mm}$, 四个脚带脚套, 主轴为螺旋式 凳面可选配凳套。	48	450	21600
合计					231000
合同总价		本项目招标控制价为：23.1 万元。本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（HIS, lis 等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。			
商务及售后条款		1、交货期：自签订合同之日起 30 日内安装调试并交付使用。 2、交付地点：由甲方指定地点（桂林市内）。 3、付款方式：签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后 22 个工作日内支付合同金额 95%，剩余合同价款的 5%待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的, 成交供应商凭合同和《项目验收单》向采购人申请办理支付手续，22 个工作日支付剩余款，不计息。			

	4、售后要求： 1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期不少于2年，质保期内故障时间顺延质保期。 2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购人使用。 3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。 4、按采购人要求提供相关培训服务。
--	--

附件 4：技术参数偏离表

项目	医院需求 (条目式)	参加招标参数	偏离情况 (无偏离/正偏离/ 负偏离)	其他
采购需求	1.			
	2.			
	3.			