

附件 1. 桂林市中医医院院内招标报名表

报名单位全称		
法定代表人		
公司详细地址:		
联系人:		联系方式:
竞标项目（竞标商家必填）		
序号	参会项目名称	备注
1		

报名指定邮箱：glzyyzbb2025@163.com；1. 请务必在邮箱主题栏上注明以下报名信息：[项目编号+项目名称（多项目时需注明对应报价表中的序号）+公司名称](#)；2. 报名表需发电子 word 文档，word 文档的文件名需注明：[项目编号+项目名称+公司名称](#)；3. **不注明相关报名信息、报名表为图片或 PDF 文档的均视为报名不成功。**

参会商家把填写完整报名表（**word 文档**）、相关资质证明（**PDF 文档**）【三证合一营业执照复印件（盖鲜章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（盖鲜章，授权委托时须提供）、授权委托代理人身份证复印件、委托代理人社保证明（原件备查，授权委托时须提供），并提供具有本次采购项目经营质资，企业资质等级证书，经营企业许可证、企业法人营业执照、组织机构代码证、法人及被委托人身份证复印件、社保证明复印件、企业授权委托书原件。

以上材料合成 **PDF 文档**】上传到指定邮箱，待资格审核通过后，即完成商家参会报名手续。商家完成报名手续后即准备参会文件，参会文件包含（**以下内容很重要，请仔细阅读并按顺序装订成册**）：

- ①报价表；
- ②技术参数偏离表、配置列表、服务方案、产品彩页/说明书/项目效果图等；
- ③三证合一营业执照复印件（盖鲜章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（盖鲜章，授权委托时须提供）、由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为授权委托代理人交纳的近三个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供），及供应商关于本项目需要提供的资质证明文件；注：投标人成立不足 1 个月的，无须提供社保缴费证明加盖投标人公章。
- ④根据《遴选招标代理机构评分办法》中的“综合评分的分值表”内容，必须按顺序

进行编制、提供资料，要求对内容编制页码范围，便于专家评审，索引表格式如下：

序号	评分项目	评分内容	页码范围
1	价格分（30 分）		
2	技术分（40 分）		
3	售后服务保障方案分（18 分）		
4	企业业绩分（12 分）		

⑤提供 2023 年以来与本次投标类似项目的用户清单、三级甲等医院采购合同书复印件，至少 2 份（如有，需加盖公章），售后服务、联系人及电话等相关资料。参会资料要求印刷清晰、密封并加盖公司公章，正本 1 份，副本 6 份，正本需装订整齐成册要有封面(装订样式见附后)。

⑥参会人员要熟悉业务，能详细介绍项目内容等相关内容。

所提交给医院的投标资料，恕不退回。报名后如不能如期参会，请务必在会议前一天中午 12 点前发邮件至报名邮箱；否则视为不诚信供应商，列入医院黑名单。

备注：参会文件所提供的证照及相关证明材料必须真实有效，一经发现造假，将取消本次参会资格并追究相关法律责任。参会文件正本所有证照复印件需加盖公章。

参会资料装订样式：正本副本须装订成册，封面样式如下。

正本/副本

响 应 文 件

项目名称: _____
 项目编号: _____
 供应商名称: _____
 供应商联系人及联系方式: _____

附件 2. 项目报价表（报价表见公告附件）

供应商 （盖章）:					
联系人:			联系电话:		
序号	设备名称	品牌型号	数量	单价（万元）	合计（万元）
1	制剂室生产设备一批采购项目-蒸汽锅炉		1 套		
本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS 等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。					

采购参数及需求

一、设备需求参数

1. 适用燃料：天然气；
2. 燃烧机功率： $\geq 3\text{KW}$ ；
3. 额定工作压力：不低于 1.25MPa ；
4. 设计效率不低于 94% ；
5. 能在 $\geq 80\%$ 负荷下安全稳定运行；
6. 额定蒸发量 Dt/h ： ≥ 2 ；
7. 水容积不低于 5m^3 ；
8. 卧式锅炉，内部结构包含锅筒、炉胆、烟管等；
9. 尺寸：长度不超 4.5 米；
10. 配套用具：
 - ①大推车（长度 ≥ 1.2 m）4 台；
 - ②手推式液压起重叉车（可称重 ≥ 2 吨）2 台；
 - ③塑料托盘叉车专用（ $0.8-0.9$ m* $1.0-1.1$ m、实心）10 台；
 - ④工业电磁炉（最大功率 $4000-5000\text{W}$ ）2 台；
 - ⑤电子秤（最大量程 $400-500\text{g}$ ，精度 $\geq 0.1\text{g}$ 、不含挡风罩）2 台。

★二、商务要求

1. 预算控制价：25 万元。
2. 付款方式：签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后 22 个工作日内支付合同金额 95%，剩余合同价款的 5%待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺质保期(免费保修、维护、升级期)满】且不存在争议的，成交供应商凭合同和《项目验收单》向采购人申请办理支付手续，22 个工作日支付剩余款，不计息。
3. 按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于二年，质保期内故障时间顺延质保期。
4. 在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后 1 个小时内响应，8 小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过 24 小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。
5. 定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少 2 次。
6. 需提供不少于 8 小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时

长不得低于 8 小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。

7. 供货及服务范围：

①供应商负责安装蒸汽管道（采用无缝钢管）并与设备对接；

②供应商负责办理特种设备使用登记证、环境测评、报检等全部相关手续，直至锅炉可合法合规正常投入使用，为交钥匙工程。

8. 中标人须先与采购人（我院）制剂室进行充分的技术对接，并提供拟供设备的实物照片及能够完整反映设备操作全流程的视频资料，供采购人审核。同时，中标人必须使用采购人制剂室提供的实际样品进行上机测试，只有在设备运行效果完全满足制剂工艺要求，且获得采购人确认后，方可安排设备进场，并开展后续安装调试等工作。

注：★项为实质性要求，必须满足。

三、本项目采用综合评分法，按评分标准得分由高到低顺序推荐中标候选供应商。（评分办法详见评分标准）

评分标准

一、评审依据

（一）评审依据：评标小组以评分标准和响应文件为评审依据，对供应商进行评审。

二、评审办法

（一）采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分.....30 分

供应商价格分=（最低供应商最后报价金额/供应商最后报价金额）×30 分

2. 技术分.....40 分

经评标小组评审，供应商响应文件满足招标文件全部实质性要求的，得基本分 40 分；对本项目“采购参数及需求”的技术参数响应存在负偏离的，每有一项扣基本分 5 分；本项累计最多扣 30 分。

3. 售后服务保障方案分.....18 分

（1）基本分：完全满足招标文件售后服务要求的，得基本分 2 分。

（2）承诺更长保修期：供应商承诺所竞产品在满足基本保修期的基础上每延长 1 年得 1 分，最多得 2 分。

(3) 售后服务实施方案分（14 分）

评标小组对供应商提供的售后服务实施方案【包括但不限于：①售后人员配备情况；②定期维护（注明时间）方案；③故障出现解决方案；④培训方案；⑤保修期外维修方案；⑥其他实质性优惠措施等】内容进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档（4 分）：六项评审因素有一项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

二档（6 分）：六项评审因素有二项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

三档（8 分）：六项评审因素有三项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

四档（10 分）：六项评审因素有四项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

五档（12 分）：六项评审因素有五项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

六档（14 分）：六项评审因素内容经评审均合理、可行且具有针对性的。

注：未提供售后服务实施方案的或所提供的售后服务实施方案经评委独立评审后认为达不到“一档”档次的，“售后服务实施方案分”得 0 分。

4. 企业业绩分.....12 分

（1）供应商或所竞产品生产厂家通过了 ISO9001 质量管理体系认证且有效的（供应商于响应文件中提供相关有效证书复印件，并加盖供应商公章，否则不予认可），得 2 分。

（2）2023 年以来所竞同型号设备的销售业绩【供应商于响应文件中提供中标/成交通知书或合同复印件（能清晰反映中标/成交内容或合同标的，否则将不予评审。同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标/成交的只算一次），上述材料需加盖供应商公章，否则不予认可】，每提供 1 项业绩的得 2 分，最多得 10 分。

注：综合得分为以上各项评审因素得分合计。

三、成交候选人推荐原则

1. 评标小组应当根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，则依次按技术分、售后服务保障方案分、企业业绩分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

2. 采购人应当确定评标小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

3. 排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或因失信行为被取消成交候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。

4. 排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商，以此类推。

附件 3：技术参数偏离表

项目	医院需求 (条目式)	参加招标参数	偏离情况 (无偏离/正偏离/ 负偏离)	其他
采购需求	1.			
	2.			
	3.			
	4.			